

PHỤ LỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ

(Đính kèm Công văn số: /KSBT-DVTTYT ngày /10 /2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang về việc đề nghị báo giá Sửa chữa trang thiết bị)

STT	Tên trang thiết bị, model, hãng sản xuất, nước sản xuất, năm đưa vào sử dụng	Serial	Đơn vị tính	Số lượng	Tình trạng hiện tại của TB
1	Tủ thao tác PCR	2010-50427	Chiếc	01	Đèn UV không hoạt động
2	Máy ủ lắ Stat Fax 2200	22006113	Chiếc	01	Bàn phím bị liệt các phím điều khiển
3	Lò vi sóng, model: Uni 8300, hãng sản xuất: Uniflex, nước sản xuất: Japan, năm 2009	NO.207-008	Chiếc	01	Không hoạt động