

## PHỤ LỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ

(Đính kèm Công văn số: /KSBT-DVTTYT ngày / /2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang về việc đề nghị báo giá Thiết bị đo nhanh)

TT	Danh mục	Tiêu chuẩn kỹ thuật (nếu có)/ Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng dự trù	Ghi chú
1.	Thiết bị đo nhanh DO	<b>Thông số máy chính</b> <b>- Đo DO</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dải: 0 - 200%</li><li>Độ phân giải: 1%</li><li>Độ chính xác: <math>\pm 1</math> chữ số</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dải: 0 - 20 mg/l</li><li>Độ phân giải: 0,01 mg/l</li><li>Độ chính xác: <math>\pm 0,5\%</math> dải đo</li></ul> <b>- Nhiệt độ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dải đo: 0 - 100 °C</li><li>• Độ phân giải: 0,1 °C</li><li>• Độ chính xác: <math>\pm 0,1</math> °C (5 đến 50 °C)</li></ul> <b>- Tự động bù nhiệt độ</b> <b>- Hiệu chuẩn</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bù nhiệt độ</li><li>• Hiệu chuẩn tối thiểu <math>\geq 1</math> điểm</li><li>• Hiệu chuẩn tự động</li></ul> <b>- Thông số điện cực DO:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• cảm biến màng</li><li>• Có bù nhiệt độ</li><li>• Dải đo nhiệt độ: 5 ÷ 45 °C</li></ul> Kèm vali đựng máy, Bảo hành 12 tháng	Chiếc	01	

**Tổng: 01 khoản**